



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



Oggetto: procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii., per l'affidamento in nolo operativo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento di alcuni locali siti al piano terra dell'Ospedale "S. Camillo de' Lellis" di Rieti per l'acquisizione e l'installazione di una apparecchiatura diagnostica tomografica a risonanza magnetica a servizio della U.O.C. di Radiologia. Codice C.I.G.: 0328146AA2.

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, si precisa quanto segue:

- 1) Relativamente ai progetti architettonici, strutturali, di condizionamento, gas medicali, rilevazione incendi e compartimentazione, si comunica che gli stessi sono disponibili in formato cartaceo presso gli uffici della U.O.C. Tecnico Patrimoniale – Via del Terminillo, 42 – Rieti come già detto per le vie brevi durante il sopralluogo;
- 2) IMPIANTI ELETTRICI: L'interruttore che attualmente alimenta il macchinario RMN (Siemens VDE 0660, $I_n=250^\circ$, $V_n=400/690V$, $I_{cu}/I_{cs}=40kA$) non potrà essere utilizzato per l'alimentazione del nuovo macchinario. A tale proposito la stazione appaltante metterà a disposizione un idoneo punto di prelievo all'interno della cabina elettrica in base alle necessità della macchina fornita (punto di prelievo costituito unicamente dall'interruttore di protezione);
- 3) IMPIANTI ELETTRICI DI CONTINUITA': il macchinario RMN dovrà essere alimentato da linea preferenziale (a tale proposito il punto di prelievo di cui sopra sarà alimentato da sezione preferenziale) mentre la parte elettronica e di comando dovrà essere alimentata da UPS esistente. A tale proposito la stazione appaltante metterà a disposizione un idoneo punto di prelievo all'interno del locale UPS in base all'assorbimento dei componenti elettronici e di comando della macchina fornita (punto di prelievo costituito unicamente dall'interruttore di protezione);

- 4) IMPIANTI MECCANICI: si specifica che dall'impianto esistente possono essere spillati fluidi caldi/freddi per una potenza di 20 kW (il punto di alimentazione sarà lo stesso attualmente in uso come indicato sugli elaborati di cui al primo punto);
- 5) ARREDI: la fornitura sarà a discrezione dell'offerente ma comunque consona ai locali interessati alla ristrutturazione.
- 6) QUADRO ECONOMICO: le voci che compongono l'importo posto a base di gara di € 2.300.000,00 indicate all'art. 1 del Capitolato d'Oneri/Disciplinare di gara, sono da considerarsi meramente indicative; in ogni caso, l'importo totale offerto di cui all'All. H non dovrà superare tale somma.
- 7) ELABORATI DA PRESENTARE: in fase di gara dovrà essere prodotta una sola copia cartacea del progetto definitivo; L'aggiudicatario dovrà produrre successivamente almeno tre copie cartacee con relativo CD rom del progetto esecutivo fatto salvo quanto eventualmente richiesto dagli Enti autorizzatori (Genio civile, Vigili del Fuoco, Arpa ecc..) (gli elaborati grafici dovranno essere in formato .DWG);
- 8) PROROGA: si conferma la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il giorno **6 Ottobre 2009, ore 14.00.**

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Marcello Fiorenza)