



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Viale Matteucci n. 9 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 163/06 E SS.MM.II., DA AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ART. 83 D. LGS. 163/06 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO "CHIAVI IN MANO" DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CENTRALIZZATA, DELLO STRUMENTARIO E DEGLI ACCESSORI CHIRURGICI PER I VARI PRESIDI E DISTRETTI DELL'AZIENDA U.S.L. DI RIETI, NONCHÉ DELLA REALIZZAZIONE PRESSO L'OSPEDALE "S. CAMILLO DE' LELLIS" DI RIETI DI UNA NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DELLA GARA PER 7 (SETTE) ANNI PARI AD € 5.200.000,00 OLTRE I.V.A. COMPRESIVO DI ONERI DI SICUREZZA STIMATI IN € 16.000,00 E ONERI DI SICUREZZA DA INTERFERENZA VALUTATI DALLA S.A. IN € 5.000,00 OLTRE I.V.A. C.I.G.: 04205519A7.

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, la S.A. precisa quanto segue:

- 1) L'elenco delle U.U.OO. del Presidio presso le quali dovranno essere effettuate le operazioni di cui all'art. 6 del C.S.A. è pubblicato sul sito.
- 2) La Stazione Appaltante precisa che, come meglio descritto nel C.S.A., la Ditta aggiudicataria avrà l'onere del ritiro, del trasporto, della sterilizzazione e della riconsegna del materiale da sterilizzare appartenente alle varie Unità Operative della S.A.. Le attività di ritiro e di trasporto dovranno essere svolte con proprio personale dipendente, utilizzando idonei mezzi di trasporto. Il servizio dovrà essere svolto secondo un programma concordato con la Direzione Medica del P.O. di Rieti.
- 3) L'ultima frase dell'art. 6 del C.S.A. che cita "*Verifichiamone la fattibilità*" è un mero refuso di stampa. Si precisa, altresì, che sarà a carico della Ditta aggiudicataria la fornitura dei contenitori e del liquido decontaminante, ivi compreso lo smaltimento del liquido stesso una volta che lo strumentario in esso contenuto venga preso in carico dalla Centrale.
- 4) In merito all'art. 6 del C.S.A. si precisa che, Il servizio dovrà essere garantito nell'arco delle 24 ore per tutti i giorni dell'anno, secondo una turnazione che tenga opportunamente conto degli orari e delle necessità delle sale operatorie: limitatamente ai giorni

festivi e durante l'orario notturno, la garanzia del servizio potrà essere assicurata anche mediante la reperibilità.

- 5) La S.A. evidenzia che i "tessili" sono esclusi dalle tipologie dei prodotti oggetto di gara in quanto il loro utilizzo attualmente è residuale e, comunque, volto alla sua eliminazione.
- 6) In riferimento all'art. 6.1., punti 3) e 5), del C.S.A. si precisa che è onere di ciascun concorrente indicare le verifiche che vorranno inserire nel progetto, posto che le stesse saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.
- 7) In riferimento all'art. 10 del C.S.A. si precisa che in alternativa ai "rotoli di nastro steritest" possono essere forniti anche altri nastri indicatori aventi analoghi requisiti.
- 8) Lo schema di offerta di cui all' allegato "H" prevede che il corrispettivo del servizio sia espresso con canoni annuali per ciascuna parte del servizio stesso. La S.A. precisa che, i canoni annuali del corrispettivo possono essere anche differenti per ogni singolo anno.
- 9) Al fine di agevolare i concorrenti nella formulazione del progetto di realizzazione della Centrale, la S.A. è disponibile a far visionare agli operatori che ne faranno richiesta scritta i dati tecnici nella disponibilità dell'U.O.C. T.P. (ovvero dati strutturali- portata del solaio del locale della centrale, sezione tipo del solaio, ecc.). Qualora i concorrenti ritengono che la suddetta operazione non sia sufficiente per poter formulare in modo corretto il progetto di realizzazione della Centrale, questa Amministrazione si dichiara disponibile a far effettuare, con i concorrenti che ne faranno richiesta scritta, un ulteriore sopralluogo o incontro guidato per gli approfondimenti che si riterranno necessari.

Con riferimento all'impiantistica si precisa che è onere della S.A. portare al punto di consegna l'acqua fredda, calda, refrigerata, demineralizzata, il vapore e l'alimentazione elettrica secondo la localizzazione degli impianti che risulterà dal progetto dell'aggiudicatario.

- 10) Con riferimento alla distribuzione del layout della nuova centrale di sterilizzazione si precisa a tutti i concorrenti che è possibile modificare gli ingressi, in entrata ed in uscita, ai locali indicati nel C.S.A. nel rispetto dei percorsi "pulito" e "sporco" meglio descritti nella documentazione di gara.
- 11) Con riferimento all'impianto di condizionamento destinato alla centrale è possibile utilizzare, come sito di destinazione delle macchine, il piano di copertura dell'edificio in cui è ubicata la centrale.
- 12) La S.A. conferma che è facoltà dell'aggiudicatario utilizzare per l'allestimento della centrale di sterilizzazione le attrezzature attualmente presenti c/o l'O.G.P. di Rieti, qualora le stesse siano qualitativamente valide sia dal punto di vista dell'affidabilità che di produzione.

13) Nell'art. 5 pag. 5 del C.S.A. sono riportate le attrezzature, nella configurazione richiesta, per le quali si chiede:

a) *"N. 1 UNITA' DI LAVAGGIO/DISINFEZIONE CARRELLI A DUE PORTE PASSANTE*

N. 1 TUNNEL DI LAVAGGIO E DISINFEZIONE PER TAVOLI OPERATORI E CARRELLI"

A tal proposito si evidenzia che nell'ipotesi in cui tali funzioni siano svolte da un'unica macchina è possibile considerare in sede di offerta una sola macchina, altrimenti è necessario considerare due macchine.

b) *"N. 1 AUTOCLAVE DI STERILIZZAZIONE A GAS PLASMA DA 4 U.S. A DOPPIA PORTA ELETTRICA"*

A tal proposito si conferma che per il trattamento dello strumentario tremolabile è possibile fornire una macchina con identica capacità volumetrica richiesta che utilizzi altre metodiche di sterilizzazione a bassa temperatura purchè conformi alle normative vigenti.

c) *"N. 1 LAVAENDOSCOPI"*

Tale attrezzatura ad alta disinfezione non è da fornire ed installare direttamente nel reparto di endoscopia. La fornitura del materiale di consumo è a carico della Ditta aggiudicazione. Il numero di endoscopie relative all'anno 2009 sono circa 6.000.

14) L'elenco delle attrezzature attualmente utilizzate c/o le strutture interessate all'appalto, previa verifica di conformità, possono essere prese in carico dalla Ditta aggiudicataria.

15) In riferimento all'art. 7.1 del Disciplinare di gara si conferma che il periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari è il triennio 2006-2007-2008, tenuto conto che i mezzi di prova per dimostrare il possesso di detti requisiti sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati. L'elenco dei principali servizi prestati nel settore oggetto di gara presso strutture sanitarie pubbliche o private, negli tre anni, con indicazione delle date, importi e destinatari si riferisce al triennio 2006-2007-2008.

16) In riferimento all' articolo 4.2 rubricato "OFFERTA TECNICA" la proposta tecnica (punti da n. 2 a n. 4) dovrà essere contenuta in 300 pagine totali (di una facciata formato A4) comprese le schede tecniche del materiale consumabile.

17) E' onere di ciascun concorrente predisporre il progetto per la realizzazione della centrale di sterilizzazione secondo lo stato attuale dei luoghi.

18) In merito alla presenza di una serie di discendenti che insistono all'interno dei locali, la S.A. precisa che, nei limiti del consentito, è disponibile a convogliare i predetti scarichi secondo il progetto predisposto dalla Ditta aggiudicataria.

19) Il cavedio posizionato al centro dei locali è solo una recinzione di protezione.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Marcello Fiorenza)