



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI

Viale Matteucci n. 9 - 02100 RIETI - Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



Oggetto: PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D. LGS. 163/06 E SS.MM.II., DA AGGIUDICARSI AI SENSI DELL'ART. 83 D. LGS. 163/06 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO "CHIAVI IN MANO" DEL SERVIZIO DI STERILIZZAZIONE CENTRALIZZATA, DELLO STRUMENTARIO E DEGLI ACCESSORI CHIRURGICI PER I VARI PRESIDI E DISTRETTI DELL'AZIENDA U.S.L. DI RIETI, NONCHÉ DELLA REALIZZAZIONE PRESSO L'OSPEDALE "S. CAMILLO DE' LELLIS" DI RIETI DI UNA NUOVA CENTRALE DI STERILIZZAZIONE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO MASSIMO DELLA GARA PER 7 (SETTE) ANNI PARI AD € 5.200.000,00 OLTRE I.V.A. COMPRESIVO DI ONERI DI SICUREZZA STIMATI IN € 16.000,00 E ONERI DI SICUREZZA DA INTERFERENZA VALUTATI DALLA S.A. IN € 5.000,00 OLTRE I.V.A. C.I.G.: 04205519A7.

In riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, la S.A. precisa quanto segue:

- 1) La S.A. ribadisce che la proposta tecnica dovrà essere contenuta in 300 pagine totali (di una facciata formato A4); tutto il materiale in più che ciascun concorrente intende allegare sarà utilizzato dalla Commissione in modo discrezionale e non obbligatorio.
- 2) Ciascun concorrente dovrà presentare una proposta tecnica articolata per punti nei capitoli/paragrafi indicati all'art. 4.2. del Disciplinare. A mero titolo esemplificativo, e non esaustivo, in merito al n. 3) del suddetto articolo si precisa che la relazione che deve illustrare l'impatto organizzativo sulla struttura sanitaria, deve descrivere i sistemi di controllo del servizio, monitoraggio e validazione, le applicazioni utili al contenimento della contaminazione batterica, nonché la descrizione delle caratteristiche tecniche, funzionali e di robustezza delle attrezzature e degli arredi che illustri la sicurezza e l'ergonomia del posto di lavoro.
- 3) E' onere della S.A. richiedere eventuali autorizzazioni necessarie all'effettuazione dei lavori occorrenti per la realizzazione della centrale interna al P.O., tenuto conto degli elaborati del progetto predisposto dalla Ditta aggiudicataria.
- 4) In merito all'art. 5 del Disciplinare si evidenzia che non è possibile modificare la configurazione minima indicata per le autoclavi.

- 5) Si precisa che la quantificazione degli oneri per la sicurezza relativi all'esercizio dell'attività svolta dall'impresa indicata dalla S.A. è meramente indicativa, pertanto è onere di ciascun concorrente la definitiva determinazione.
- 6) In merito all'art. 5.1. del Capitolato Speciale la S.A. precisa che il software fornito può interfacciarsi con il sistema aziendale attraverso un sistema di web-services.
- 7) Si precisa che la data di scadenza per la presentazione delle offerte è confermata per il **giorno 22 Luglio 2010, ore 14,00.**
- 8) La S.A. precisa che per quanto non previsto dalla *lex specialis* si rimanda a quanto previsto e disciplinato dalla normativa vigente.
- 9) I requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi nel caso di ATI verticale dovranno essere posseduti secondo quanto disposto nella *lex specialis*, fatto salvo che, per quanto non disciplinato si applica la disciplina vigente.
- 10) La S.A. evidenzia che, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 163/06, l'offerta deve essere corredata da una cauzione provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando. La ratio della cauzione provvisoria è quella di garantire la serietà e la congruenza dell'offerta e, quindi, di evitare che per fatto riconducibile all'affidatario non si giunga alla sottoscrizione del contratto. La garanzia coprendo la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

Il Responsabile del Procedimento
(Ing. Marcello Fiorenza)