



REGIONE LAZIO

AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo n. 42 – 02100 RIETI – Tel. 0746 2781
Codice Fiscale e Partita IVA 00821180577



**PROCEDURA DI GARA APERTA AI SENSI DELL'ART.
55 D. LGS. 163/06 E SS.MM.II., PER L'AFFIDAMENTO
"CHIAVI IN MANO" DELLA REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO DI ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO
L'OSPEDALE DI RIETI, PER UN IMPORTO A BASE DI
GARA DI € 549.751,09 OLTRE I.V.A. ED ONERI DI
SICUREZZA.
C.I.G.: 3062039A82**

- Piano di lavoro realizzato in acciaio inox:
 - con un dispensatore di formalina e scarico con controllo di troppo pieno;
 - con un trolley per lo scarico dei reattivi;
 - scarico in rete idrica ;
 - controllo del flusso di aspirazione con allarme;
 - sottopiano di lavoro con lavaggio continuo d'acqua corrente proveniente da irrigatori ;
 - lavandino con dimensioni indicative 340x420x170 mm con miscelatore e doccia posizionabile a destra o a sinistra del piano di lavoro;
 - piastra per dissezione sintetica;
 - lente di ingrandimento con supporto telescopico ed illuminazione integrata;
 - illuminazione con lampade fluorescenti antiflash;
 - intensità della luce sul piano di lavoro circa 1500 lux;
 - minimo 2 spot luminosi orientabili ;
 - dotazione minima di 3 dispenser per guanti o tovaglioli;
 - vani per contenitori cassette;
 - minimo 2 prese per alimentazione 230 V

➤ **Numero 1 Microscopio da Laboratorio con ponte di discussione:**

Caratteristiche preferenziali richieste:

- Alimentazione stabilizzata integrata nello stativo
- Tavolino traslatore manuale con comandi ergonomici predisposto sia per il comando sinistro che destro con comando traslatore telescopico
- Manopole per la messa a fuoco regolabili in altezza
- Portafiltri a più posizioni con filtro Luce Diurna e Filtri Grigio
- Portaobiettivi a più posizioni e comunque non inferiore 6
- Tubo binoculare ergonomico con angolo di inclinazione variabile
- Polarizzazione orientativa
- Condensatore con cappa scamottabile e diaframma di apertura e con lente per bassi ingrandimenti
- Set di obiettivi planari da 2.5x a 100x
- Oculari 10x/22mm
- Illuminazione almeno 100W
- Ponte per discussione per 6 osservatori comprensivo di 5 tubi di osservazione binoculari e 5 coppie di oculari 10x/22mm

➤ **Arredo di Laboratorio:**

Caratteristiche preferenziali richieste:

- n. 3 banchi a parete delle dim. 120x81x90 struttura autoportante in elementi di acciaio UNI a/35 (R=35 kg/mm²) a sezione rettangolare, 60x40 mm per le parti principali e 60x20 mm per quelle secondarie trattate con vernici epossidiche inattaccabili dagli acidi, piano di lavoro in acciaio porcellanato antiacido classe AA con perimetro rialzato antidebordante privo di spigolicolore bianco antiriflesso completo di QE IP 66 con 1 int. magnetotermico 16 A e 2 prese schuko.
- n. 4 banchi a parete delle dim. 180x81x90 struttura autoportante in elementi di acciaio UNI a/35 (R=35 kg/mm²) a sezione rettangolare 60x40 mm per le parti principali e 60x20 mm per quelle secondarie trattate con vernici epossidiche inattaccabili dagli acidi, piano di lavoro in acciaio porcellanato antiacido classe AA con perimetro rialzato antidebordante privo di spigoli colore bianco antiriflesso completo di QE IP 66 con 1 int. magnetotermico 16 A e 2 prese schuko.
- n. 1 banco a parete delle dim. 180x81x90 con vetrina pensile delle dim. 180x60x30 con ante scorrevoli in vetro struttura autoportante in elementi di acciaio UNI a/35 (R=35 kg/mm²) a sezione rettangolare 60x40 mm per le parti principali e 60x20 mm per quelle secondarie trattate con vernici epossidiche inattaccabili dagli acidi, piano di lavoro in acciaio porcellanato antiacido classe AA con perimetro rialzato antidebordante privo di spigoli colore bianco antiriflesso completo di QE IP 66 con 1 int. magnetotermico 16 A e 2 prese schuko.
- n. 4 cassetiere su ruote dim. 60x43x75 portata 120 kg costituita di conglomerato di legno ignifugo F1 e idrofugo sp. mm18 placcato e controplaccato in laminato plastico, ante a battente con cerniere apribili a 180°, cassetti con sponde in metallo verniciato con polveri epossidiche e

- guide scorrevoli su rotelle con blocco di fine corsa, manopole antiurto.
- n. 2 blocchi lavelli dim. 60x83x90/170 completo di lavello monoblocco in polipropilene, gruppo acqua miscelatore, mobiletto sottolavello su ruote struttura autoportante in elementi di acciaio UNI a/35 (R=35 kg/mm²) a sezione rettangolare 60x40 mm per le parti principali e 60x20 mm per quelle secondarie trattate con vernici ipossidiche inattaccabili dagli acidi laterali e frontali in acciaio porcellanato antiacido classe AA, alzata portaservizi con scolavetreria.
- n. 1 carrello a 4 ruote con struttura metallica a due ripiani dim. 90x50x87.
- n. 3 mobile archivio 20 cassetti 520 vaschette per 41600 blocchetti struttura metallica delle dim. 1023x725x1625.
- n. 3 mobile archivio 12 cassetti 312 vaschette per 149700 vetrini struttura metallica delle dim. 1023x725x1625.
- n.1 armadio di sicurezza filtrato ed aspirato per lo stoccaggio di 160 litri di prodotti chimici, acidi e/o basi. Costruito in acciaio decappato ed elettrozincato, spessore 10/10, con verniciatura a polveri epossidiche antiacido e passaggio in galleria termica a 200° C. Verniciatura liscia nelle parti più delicate e bucciata nelle parti più esposte. Spessore della verniciatura da un minimo di 60 µm (micron) ad un massimo di 250 µm (micron), come da procedura UNI EN ISO 9001:2000.
- 3 ripiani in acciaio elettrozincato verniciato a polveri epossidiche antiacido montati su staffe regolabili in altezza a mezzo cremagliera ed estraibili per una facile manipolazione dei prodotti contenuti nell'armadio. Le staffe sono dotate di blocco caduta ripiano di sicurezza. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti causati da rotture accidentali dei recipienti. Capacità di ogni ripiano circa 11 litri. Portata del ripiano kg. 100. Vasca di fondo a tenuta stagna in acciaio verniciato a polveri epossidiche antiacido per la raccolta degli spanti, spessore 10/10 mm. Capacità 35 litri. Porte a vetro con vetro antisfondamento. Apertura porte a 110° che permette l'estrazione del ripiano senza doverlo inclinare. Cerniere a scomparsa resistenti ai prodotti corrosivi. Maniglia di sicurezza conforme alle norme antinfortunistiche con nuova serratura a chiave, con chiusura in più punti. Filtro a carbone attivo granulare Carbox® posto all'interno dell'armadio di facile sostituzione. Nuovo dispositivo elettronico Cuncator® per la sostituzione della cella filtrante. Elettroaspiratore IMQ IPX4 CE rispondente alle norme EN 60335-1 e EN 60335-2-80 (ex EN 61010/1 e CEI 66-5) realizzato in polimero di classe V0, in grado di garantire il più elevato grado di autoestinguenza. Alimentazione : 220/230 Volt Assorbimento: 65 W Fusibili 5 x 20 F da 500 µA
- n. 1 frigorifero per laboratorio delle dim. 60x60x190 conforme alla direttiva europea 93/42 sui dispositivi medici.

➤ **Arredo da Ufficio:**

Caratteristiche preferenziali richieste:

- n. 8 scrivanie operative delle dim. 160x80x72 struttura realizzata in pannelli di particelle di legno sp.25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
- n. 1 scrivania operativa delle dim. 180x80x72 struttura realizzata in pannelli di particelle di legno sp.25 nobilitati in melaminico e bordati perimetralmente in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
- n. 1 scrivania direzionale delle dim. 218x120x72 struttura costituita da telaio metallico tubolare a sezione rettangolare 50x25 sp. mm 1,5 , piano in legno realizzato con fibre di legno tipo MDF sp. mm 25 con bordi perimetrali sagomati, rivestiti nella parte a vista con foglia calandrata monostrato in pvc termoformabile da 400 my di spessore e controplaccati in carta toupan nella parte inferiore. Gambe in lamiera zincata piegata di sp. 3 mm opportunamente sagomate e forate per l'ancoraggio ai telai e per la sede dei piedini livellatori, decorate da maselli in MDF di sezione semiovale, rivestiti di carta o PVC in tinta con i piani, la parte interna delle gambe ha un vano passacavi ispezionabile mediante un carter metallico.
- n. 1 piano di servizio su ruote con cassettera e ribalta realizzato con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico colore alluminio rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie. I frontali hanno bordo perimetrale in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
- n.14 poltrone operative elevazione a gas, movimento oscillante a contatto permanente, scocche e braccioli in polipropilene rivestimento in eco pelle dimensioni (LxPxH) CM. 60x44x99 H.altezza seduta CM.42-52.
- n. 1 poltrona direzionale + n. 2 ospite schienale regolabile in altezza, movimento sincronizzato del sedile e dello schienale, elevazione a gas, con braccioli rivestiti, base e braccioli cromati rivestimento in similpelle (COTONE 64%).
- n. 10 sedie ospite del tipo operative in metallo senza braccioli rivestimento in eco pelle dim.

53X59X45X81

- n. 15 sgabelli per laboratorio delle dim. 62x56x98-111 scocca in legno di faggio con schienale oscillante e regolabile in altezza, elevazione a gas con poggiatesta.
- n. 16 mobili alti 4 ante legno con serratura dim. 90x46,2x198 struttura realizzata con pannello di particelle legno sp.mm 18 nobilitato in melaminico rifinita perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4. I frontali e le ante realizzati con struttura di particelle legno sp.mm 18 nobilitato in melaminico i bordi perimetrali sono in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
- n. 5 mobili alti 4 ante legno con serratura dim. 90x46,2x213 struttura realizzata con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico colore alluminio rifiniti perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4 in tinta con la superficie. Le ante e i frontali hanno bordo perimetrale in ABS mm 2 in tinta con la superficie.
- n. 8 cassettiere a 3 cassetti con ruote dim. 41,7x58x69,5 base e fianchi realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico rifinita perimetralmente con bordo melaminico sp. mm 0,4. I frontali realizzati con pannelli di particelle di legno sp. mm 18 nobilitati in melaminico hanno bordo perimetrale in AB mm 2 in tinta con la superficie. I cassetti in legno sono dotati di serratura centralizzata.
- n. 6 armadietti spogliatoio con separazione sporco/pulito dim. 40x50x180 3 posti realizzati con tubolari e lamiera di acciaio verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.
- n. 3 armadietti spogliatoio con separazione sporco/pulito dim. 40x50x180 2 posti realizzati con tubolari e lamiera di acciaio verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere.
- n. 2 panche per spogliatoio dim. 200x35x45 realizzati con tubolari e lamiera di acciaio verniciati con polveri elettrostatiche di resine epossipoliestere seduta in fibre legnose nobilitate melaminiche bordate in ABS.
- n. 7 appendiabiti dim. 39x162 struttura in acciaio verniciato.
- n. 9 cestini gettacarte dim. 25x50 in acciaio verniciato.

Art. 2 – PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

La procedura di aggiudicazione avverrà, per ciascun lotto, ai sensi dell'art. 83 D. Lgs 163/2006 ss.mm.ii. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa valutata sulla base dei seguenti elementi e dei relativi sub-elementi corredati dai relativi punteggi e sub-punteggi:

A) QUALITA' max punti 20 così suddivisi:

a) CAPPE CHIMICHE DI ASPIRAZIONE

COMPONENTE:

- | | |
|---|--------------------|
| • GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA | MAX 1 PUNTI |
| - tempi di consegna ed installazione apparecchiature | 0,2 PUNTI |
| - periodo di garanzia eccedente quello previsto da capitolato | 0,2 PUNTI |
| - tempi di intervento in caso di guasto | 0,6 PUNTI |
| • CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE | MAX 3 PUNTI |
| - caratteristiche strutturali | 1 PUNTI |
| - dispositivi di protezione | 0,5 PUNTI |
| - sistema di aspirazione | 1 PUNTI |
| - accessori aggiuntivi proposti | 0,2 PUNTI |
| - dimensioni della cappa e del piano di lavoro | 0,3 PUNTI |
| • SICUREZZA ED ERGONOMICITA' DEL POSTO DI LAVORO | MAX 1 PUNTI |
| - sistema di regolazione del piano di lavoro | 0,5 PUNTI |
| - accessibilità ai comandi per i fluidi | 0,2 PUNTI |
| - dotazione illuminazione interna | 0,3 PUNTI |

b) Stazione di lavoro per operazioni di Taglio e Riduzione Reperti anatomici

- **GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA** **MAX 1 PUNTI**
 - tempi di consegna ed installazione apparecchiature 0,2 PUNTI
 - periodo di garanzia eccedente quello previsto da capitolato 0,2 PUNTI
 - tempi di intervento in caso di guasto 0,6 PUNTI

- **CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE** **MAX 3 PUNTI**
 - caratteristiche strutturali 0,9 PUNTI
 - dispositivi di protezione 0,5 PUNTI
 - sistema di aspirazione 0,8 PUNTI
 - accessori aggiuntivi proposti 0,2 PUNTI
 - caratteristiche lavandino e miscelatore 0,3 PUNTI
 - sistema di lavaggio del sottopiano di lavoro 0,3 PUNTI

- **SICUREZZA ED ERGONOMICITA' DEL POSTO DI LAVORO** **MAX 1 PUNTI**
 - sistema di regolazione del piano di lavoro 0,5 PUNTI
 - accessibilità ai comandi per i fluidi 0,2 PUNTI
 - dotazione illuminazione interna 0,3 PUNTI

c) Microscopio da Laboratorio con ponte di discussione

- **GARANZIA ED ASSISTENZA TECNICA POST VENDITA** **1 PUNTI**
 - tempi di consegna ed installazione apparecchiature 0,2 PUNTI
 - periodo di garanzia eccedente quello previsto da capitolato 0,2 PUNTI
 - tempi di intervento in caso di guasto 0,6 PUNTI

- **CARATTERISTICHE TECNICHE DELLE ATTREZZATURE** **3 PUNTI**
 - Posizioni portaobiettivi 0,3 PUNTI
 - Portafiltri, posizioni e tipologia 0,5 PUNTI
 - Set di obiettivi 1 PUNTI
 - Messa a fuoco 0,3 PUNTI
 - Condensatore 0,2 PUNTI
 - Illuminazione 0,5 PUNTI
 - Metodi di contrasto 0,2 PUNTI

- **ERGONOMICITA' DEL POSTO DI LAVORO** **1 PUNTI**
 - Tavolino traslatore 0,3 PUNTI
 - Manopole per la messa a fuoco 0,4 PUNTI
 - Inclinazione tubo binoculare 0,3 PUNTI

d) Arredi di Laboratorio

- **SICUREZZA ED ERGONOMICITA' DEL POSTO DI LAVORO** **MAX 3 PUNTI**
 - caratteristiche materiali utilizzati 1,5 PUNTI
 - ergonomia 1,5 PUNTI

e) Arredo da Ufficio

- **SICUREZZA ED ERGONOMICITA' DEL POSTO DI LAVORO**

MAX 2 PUNTI

- | | | |
|--|---|-------|
| - caratteristiche materiali utilizzati | 1 | PUNTI |
| - ergonomia | 1 | PUNTI |

B) CAMPIONATURA

Gli Operatori Economici Concorrenti non dovranno presentare campionatura; tuttavia, qualora la Commissione Tecnica ne ravvisasse la necessità, gli Operatori Economici Concorrenti dovranno essere disponibili a fornire prodotti-campioni a titolo gratuito entro 5 giorni lavorativi dalla richiesta.

Il collo contenente la campionatura dovrà riportare all'esterno la seguente dicitura:

“CAMPIONATURA: GARA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DELLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI ANATOMIA PATOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE DI RIETI, SECONDO LE CONDIZIONI STABILITE NEL PROGETTO ESECUTIVO E NEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO, NONCHÉ LA FORNITURA E L'INSTALLAZIONE DI N. 4 CAPPE CHIMICHE DI ASPIRAZIONE, N. 1 CAPPA DI DISSEZIONE, N. 1 MICROSCOPIO DA LABORATORIO CON PONTE DA DISCUSSIONE, OLTRE ARREDI.

La campionatura dovrà essere accompagnata da una distinta riepilogativa in cui saranno riportati i seguenti dati:

- nome commerciale e descrizione del campione,
- codice articolo delle Ditte Concorrenti e di quelle produttrici se diverse;
- quantità di pezzi acclusi.

Tutti i campioni dovranno, qualora richiesti, necessariamente corrispondere a quanto previsto nel Capitolato Tecnico e a quanto dichiarato negli elaborati tecnici (Busta B) presentati dall'Operatore Economico Concorrente in sede di gara.

C) PREZZO max punti 40 , così suddivisi per entrambi i lotti:

Il punteggio massimo pari a 40 verrà attribuito alla concorrente che avrà prodotto un'offerta (canone annuo) al prezzo più basso. Agli altri concorrenti verrà attribuito un punteggio inversamente proporzionale rispetto al miglior prezzo formulato, con l'applicazione della seguente formula:

$$“p” = \frac{1 + (y/x)}{1 + (a/x)} * 40$$

x = importo a base d'asta = 100

y = prezzo più basso = 100 - ribasso massimo offerto

a = prezzo offerto dal concorrente esimo = 100- ribasso offerto dal concorrente.

La somma dei punteggi unitari attribuiti per l'offerta economica di ciascun offerente e per il merito tecnico, determinerà la graduatoria finale.

In caso di offerte con uguale punteggio si procederà nel modo che segue:

- i concorrenti presenti che hanno ottenuto uguale punteggio, saranno invitati, seduta stante, a migliorare la propria offerta economica, producendola in busta chiusa; la stessa verrà aperta, immediatamente, alla presenza dei concorrenti stessi;
- se nessuno dei concorrenti dovesse risultare presente, se i presenti rifiutassero di migliorare l'offerta o se risultasse presente solo uno dei concorrenti con uguale punteggio, si procederà, seduta stante, mediante sorteggio.

A norma dell'art. 86, comma 2, del D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. verranno individuate le offerte anormalmente basse. Saranno ritenute non congrue quelle offerte i cui punteggi ottenuti nei parametri prezzo e qualità,

saranno pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara e dal presente punto (60 p. qualità – 40 p. prezzo).

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, comma 6, del D. Lgs. n. 163/06 e ss.mm.ii., ciascun concorrente non potrà presentare più di una offerta tecnica ed economica; l'offerta è vincolante per il periodo di 180 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, fatta salva la facoltà per l'Azienda U.S.L. di chiedere agli offerenti il differimento di detto termine. 16

L'aggiudicazione avverrà per singolo lotto, anche in presenza di **una sola offerta valida**.

ART. 3 - TEMPI DI CONSEGNA

La consegna delle apparecchiature, oggetto della presente gara, dovrà essere effettuata a carico della ditta aggiudicataria presso il Servizio di Anatomia ed Istologia Patologica del P.O. "San Camillo de' Lellis" di Rieti, entro e non oltre 60 giorni naturali dalla data di emissione dell'ordine, previa consegna dei locali da parte della stazione Appaltante.

Le apparecchiature consegnate dovranno essere conformi a tutta la normativa vigente in materia di sicurezza degli apparecchi elettromedicali, con preciso riferimento alle norme generali CEI e a quant'altro inerente e materialmente non menzionato.

Nessun fatto o avvenimento potrà essere addotto a giustificazione di eventuali ritardi nella consegna, salvo i casi di forza maggiore.

ART. 4 - COLLAUDO DELLE APPARECCHIATURE

Le operazioni di collaudo saranno effettuate entro 15 giorni dall'installazione delle apparecchiature. Tali operazioni verranno sempre svolte alla presenza dell'incaricato dell'operatore economico aggiudicatario, del Direttore della U.O.C. Tecnico Patrimoniale o suo delegato (Ufficio Elettromedicali) con i quali dovrà essere concordata la data per il collaudo.

L'esito positivo del collaudo costituisce condizione indispensabile per l'emissione della fattura da parte della Ditta aggiudicataria e per la liquidazione da parte dell'ente appaltante

A decorrere dalla data del verbale di collaudo, l'impresa deve garantire:

1. il perfetto funzionamento delle attrezzature per tutta la durata del contratto prevista in ventiquattro mesi;
2. le apparecchiature da ogni tipo di inconveniente segnalato dall'Amministrazione, salva la prova che lo stesso derivi da cause di forza maggiore o da fatti imputabili all'Ente. Si precisa, a tal fine, che l'incertezza sulle cause che hanno determinato il guasto e conseguentemente il soggetto (impresa o stazione appaltante) a carico del quale dovranno gravare i relativi oneri di spesa, non potrà in alcun modo incidere sulla tempestività dell'intervento da parte dell'impresa che rimane, comunque, obbligata a porre rimedio all'inconveniente segnalato dall'Amministrazione.

La ditta si impegna a rispondere degli eventuali danni a cose e/o persone derivanti dall'utilizzo dei prodotti forniti e dell'apparecchiatura concessa in uso e causati da difetti o imperfezioni dei medesimi beni.

3. La ditta solleva l'Azienda Ospedaliera da qualsiasi responsabilità conseguente alla presenza di fatto ed all'uso delle apparecchiature ivi, compresa quella derivante da furto, incendio e quant'altro con garanzia di copertura assicurativa del tipo Full-Risk;

ART. 5 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Azienda U.S.L. si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., qualora una determinata obbligazione e/o prestazione e/o servizio e/o fornitura, oggetto dell'appalto non sia adempiuta o esattamente adempiuta, secondo le modalità previste dal presente capitolato.

2. Detta risoluzione avverrà tramite raccomandata con avviso di ricevimento.

3. La risoluzione del contratto, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, potrà avvenire per i seguenti motivi, enunciati a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- ragioni di pubblico interesse e di cui alla insindacabile valutazione da parte dell'Azienda U.S.L. di Rieti;
- inadempimento (es. mancata fornitura; ritardo nei tempi di risposta per interventi manutentivi e di assistenza; personale non in regola con le disposizioni vigenti in materia);
- violazione norme sul subappalto;
- sospensione della fornitura non autorizzata preventivamente (verranno valutati da parte dell'Azienda U.S.L. i casi di forza maggiore);
- sopravvenuta incapacità giuridica dell'appaltatore;
- utilizzo di materiale e attrezzature non in conformità alle vigenti normative;

- incapacità nell'espletamento della fornitura (con ripercussioni sull'esatto adempimento della stessa e/o sulla fruizione da parte dei pazienti);
- frode o negligenza nell'espletamento della fornitura;
- comportamento scorretto degli addetti alla fornitura nei confronti dei pazienti o familiari o dipendenti dell'Azienda U.S.L. di Rieti;
- scadenza polizza assicurativa.

4. Nei casi di inesatto adempimento, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3, l'Azienda U.S.L. Rieti avrà la facoltà di intimare alla aggiudicataria, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c., diffida ad adempiere – entro il termine di giorni 3 – mediante lettera raccomandata a.r.;

5. Detta diffida non potrà essere inviata per più di 2 volte, pena l'immediata risoluzione del contratto;

6. Con la risoluzione del contratto sorge per l'Azienda U.S.L. il diritto di affidare a terzi la fornitura, o la parte rimanente di questa, in danno alla Società. Le maggiori spese sostenute dall'Azienda rispetto a quelle previste dal contratto in essere, saranno addebitate all'Appaltatore mediante incameramento dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia sufficiente, da eventuali crediti;

7. In ogni caso i motivi che daranno luogo alla risoluzione del contratto comporteranno, per l'Azienda U.S.L. il diritto al risarcimento del danno;

8. E' fatto salvo in ogni caso il diritto di far valere, da parte dell'Azienda U.S.L. Rieti, ogni ragione ed azione presso le competenti sedi, per ogni altra forma di responsabilità dovesse riconoscersi in danno dell'appaltatore.

ART. 6 - INADEMPIENZE E PENALITA'

La mancata esecuzione dei lavori e/o consegna delle forniture entro i termini prescritti dal presente capitolato comporterà l'applicazione di una penale pari a € 1.000 per ogni giorno di ritardo sino ad un massimo dell'10% dell'importo in conto capitale dell'apparecchiatura.

In caso di stipula del contratto di manutenzione full risk è da considerarsi inadempienza contrattuale la mancata fornitura di adeguata assistenza manutentiva e/o il mancato rispetto dei tempi di intervento dichiarati o accettati.

Il mancato rispetto delle prestazioni del servizio di manutenzione entro i termini indicati in offerta comporterà l'applicazione di una penale pari a € 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto indicato in offerta .

Deve considerarsi ritardo anche l'ipotesi di servizi resi in modo parzialmente difforme rispetto alle prescrizioni del presente Capitolato.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti punti, verranno contestati all'aggiudicatario il quale dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni all'Azienda U.S.L. nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione.

Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio della A.U.S.L., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'aggiudicatario le penali come sopra indicato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'applicazione delle predette penalità non preclude il diritto dell'Amministrazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il pagamento delle penali non esonera in nessun caso la ditta aggiudicataria dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ART. 7 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO

L'aggiudicatario:

- è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi;
- assume, altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone o a cose arrecati all'Ente appaltante o a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto sollevando pertanto Ente appaltante da qualsiasi eventuale molestia che al riguardo le venisse mossa;
- è responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Ente appaltante in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente;
- assume l'obbligo di garantire all'Ente appaltante il sicuro ed indisturbato possesso dei beni forniti e di mantenerla estranea ed indenne di fronte ad azioni o pretese al riguardo.

ART. 8 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' fatto divieto all'aggiudicatario di cedere o di dare in subappalto l'esecuzione di tutta o di parte della fornitura dei beni (apparecchiature) oggetto del contratto, pena l'immediata risoluzione del contratto stesso ed il risarcimento degli eventuali danni, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii..

ART. 9 - NORMATIVA ANTIMAFIA

Sono fatti salvi gli accertamenti previsti dalla Legge in materia di normativa antimafia.

ART. 10 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda U.S.L. di Rieti, comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto, e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente capitolato, salvo esplicita autorizzazione dell'Azienda U.S.L. di Rieti.

L'Appaltatore in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Azienda U.S.L. Rieti, a:

- garantire, adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda U.S.L. Rieti;
- non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 della Legge medesima;
- attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D. Lgs. n. 196/03 e ss.mm.ii., tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità della fornitura, dei dati e della comunicazione.

ART. 11 - TUTELA DELLA PRIVACY

La documentazione presentata, per la partecipazione alla procedura di gara e per l'espletamento dell'appalto, sarà utilizzata esclusivamente per la gestione del presente appalto e trattata da organi e uffici interni preposti alla gestione e controllo degli atti ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

ART. 12 - NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato e dal disciplinare, si fa riferimento al codice civile ed alle altre disposizioni vigenti in materia.

ART. 13 - FORO COMPETENTE

Il Foro competente per tutte le controversie giudiziali, che dovessero insorgere in dipendenza del presente capitolato, sarà esclusivamente quello di Rieti.

Letto e approvato si sottoscrive per accettazione

(timbro della ditta e firma leggibile del sottoscrittore)

Con la firma apposta in calce al presente C.S.A. esplicitamente, integralmente ed incondizionatamente accetta tutti gli articoli del capitolato stesso, ferma restando l'inderogabilità delle altre norme vigenti.