

Regione Lazio
Azienda Unità Sanitaria Locale Rieti
Direzione Tecnica
Fornitura e posa in opera di apparecchiature biomediche

N. 1 Microscopio da Laboratorio con ponte di discussione

Caratteristiche preferenziali Richieste:

- Alimentazione stabilizzata integrata nello stativo
- Tavolino traslatore manuale con comandi ergonomici predisposto sia per il comando sinistro che destro con comando traslatore telescopico
- Manopole per la messa a fuoco regolabili in altezza
- Portafiltri a più posizioni con filtro Luce Diurna e Filtri Grigio
- Portaobiettivi a più posizioni e comunque non inferiore 6
- Tubo binoculare ergonomico con angolo di inclinazione variabile
- Polarizzazione orientativa
- Condensatore con cappa scamottabile e diaframma di apertura e con lente per bassi ingrandimenti
- Set di obiettivi planari da 2.5x a 100x
- Oculari 10x/22mm
- Illuminazione almeno 100W
- Ponte per discussione per 6 osservatori comprensivo di 5 tubi di osservazione binoculari e 5 coppie di oculari 10x/22mm